

Potvrda o akreditaciji

Accreditation Certificate

Ovime se utvrđuje da je
This is to recognize that

osposobljen prema zahtjevima norme
is competent according to
HRN EN ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017;
EN ISO/IEC 17025:2017)
za/to carry out

Ohm LAB d.o.o.
Stjepana Radića 28, HR-49210 Zabok
Laboratorij
Prilaz prof. Ivana Vrančića 2, HR-49210 Zabok

Umjeravanje mjerila temperature, relativne vlažnosti i pH
Calibration of temperature, relative humidity and pH gauges

u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.
for the scope described in the annex which is the constituent part of this accreditation certificate.

Br./No.: 2580
Klasa/Ref.No.: 383-02/22-80/006
Urbroj/Id.No.: 569-02/8-23-23
Zagreb, 2023-03-20

Akreditacija istječe: Accreditation expiry: 2028-03-19
Prva akreditacija: Initial accreditation: 2017-12-18

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA)
HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement

Ravnateljica:
Director General:
mr. sc. Mirela Zečević



Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: 2580*Annex to the Accreditation Certificate No.:*Klasa/*Ref. No.:* 383-02/22-80/006Urbroj/*Id. No.:* 569-02/8-23-22Datum izdanja priloga /*Annex Issued on:* 2023-03-20**Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2017***Standard: (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)***Akreditacija istječe: 2028-03-19***Accreditation expiry:***Prva akreditacija: 2017-12-18***Initial accreditation:***Akreditirani laboratorij***Accredited laboratory***Ohm LAB d.o.o.**

Stjepana Radića 28, HR-49210 Zabok

Laboratorij

Prilaz prof. Ivana Vrančića 2, HR-49210 Zabok

Područje akreditacije:*Scope of Accreditation:***Umjeravanje mjerila temperature, relativne vlažnosti i pH***Calibration of temperature, relative humidity and pH gauges*

Važeće izdanje Priloga dostupno je na web adresi: www.akreditacija.hr
Valid issue of the Annex is available at the web address: www.akreditacija.hr

Ravnateljica:*Director General:***mr. sc. Mirela Zečević**

PODRUČJE AKREDITACIJE/ SCOPE OF ACCREDITATION

Mjerne sposobnosti umjeravanja (CMC)/ Calibration and Measurement Capabilities (CMC)

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo <i>Measurand/</i> <i>Calibration item</i>	Mjerno područje <i>Measurand range</i>	Uvjeti mjerena <i>Measurement Conditions</i>	Proširena mjerna nesigurnost <i>Expanded Uncertainty</i>	Metoda umjeravanja <i>Calibration method</i>	Napomene <i>Remarks</i>
1.	Temperatura / Termometri s direktnim pokazivanjem <i>Temperature/</i> <i>Direct reading</i> <i>thermometers</i>	-25 °C do/to 130 °C	/	0,15 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-1 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	
		130 °C do/to 300 °C		0,60 °C		
2.	Temperatura / Umjeravanje temperurnih komora <i>Temperature/</i> <i>Temperature</i> <i>chambers</i>	-25 °C do/to 70 °C	/	1,30 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-</i> <i>house procedure</i> RaOHM-7.2-2 Izdanje/Issue 2 2021-10-25 EURAMET cg-20/v.5.0, 2017-09 DKD-R 5-7:2018 Metode/Methods A, B, C	DKD-R 5-7: Podmetoda A i B za komore V < 2000 l, podmetoda C za sve obujme DKD-R 5-7: <i>Methods A and B for</i> <i>chambers with volume</i> <i>less than 2000 l,</i> <i>method C for all</i> <i>volumes</i>
		70 °C do/to 300 °C		1,50 °C		

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerjenja Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded Uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
3.	Temperatura i relativna vlažnost/ Klima komora <i>Temperature and relative humidity/ Climate chambers</i>	20 °C do/to 70 °C	/	0,90 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-2 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	DKD-R 5-7: Podmetoda A i B za komore V < 2000 l, podmetoda C za sve obujme <i>DKD-R 5-7: Methods A and B for chambers with volume less than 2000 l, method C for all volumes</i>
		10 % do/to 90 %		2,5 % do/to 4,5 %	EURAMET cg-20/v.5.0, 2017-09 DKD-R 5-7:2018 Metode/Methods A, B, C	
4.	Temperatura/ Autoklavi <i>Temperature/ Autoclaves</i>	105 °C do/to 140 °C	/	1,5 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-3 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	
5.	pH/ mjerila pH/ pH/ pH meters	(-2000 do/to +2000) mV	/	1,3 mV	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-4 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	Umjeravanje pretvornika <i>Transducer calibration</i>

Umjeravanje na terenu/ On-site calibration						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerena Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded measurement uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
1.	Temperatura / Umjeravanje temperaturnih komora <i>Temperature/</i> <i>Temperature</i> <i>chambers</i>	-25 °C do/to 70 °C	/	1,30 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-</i> <i>house procedure</i> RaOHM-7.2-2 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	DKD-R 5-7: Podmetoda A i B za komore V < 2000 l, podmetoda C za sve obujme <i>DKD-R 5-7:</i> <i>Methods A and B for</i> <i>chambers with volume</i> <i>less than 2000 l,</i> <i>method C for all</i> <i>volumes</i>
		70 °C do/to 300 °C		1,50 °C	EURAMET cg-20/v.5.0, 2017-09 DKD-R 5-7:2018 Metode/Methods A, B, C	
2.	Temperatura i relativna vlažnost/ Klima komora <i>Temperature and</i> <i>relative humidity/</i> <i>Climate chambers</i>	20 °C do/to 70 °C	/	0,90 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-</i> <i>house procedure</i> RaOHM-7.2-2 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	DKD-R 5-7: Podmetoda A i B za komore V < 2000 l, podmetoda C za sve obujme <i>DKD-R 5-7:</i> <i>Methods A and B for</i> <i>chambers with volume</i> <i>less than 2000 l,</i> <i>method C for all</i> <i>volumes</i>
		10 % do/to 90 %		2,5 % do/to 4,5 %	EURAMET cg-20/v.5.0, 2017-09 DKD-R 5-7:2018 Metode/Methods A, B, C	

Umjeravanje na terenu/ On-site calibration						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerena Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded measurement uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
3.	Temperatura/ Autoklavi <i>Temperature/ Autoclaves</i>	105 °C do/to 140 °C	/	1,5 °C	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-3 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	
4.	pH/ mjerila pH/ pH/pH meters	(-2000 do/to +2000) mV	/	1,3 mV	Vlastiti postupak/ <i>In-house procedure</i> RaOHM-7.2-4 Izdanje/Issue 2 2021-10-25	Umjeravanje pretvornika <i>Transducer calibration</i>

* Proširena mjerna nesigurnost je izračunata u skladu s postupkom opisanim u EA 4/02 M ,s razinom povjerenja 95 %, što uobičajeno i ako nije drugačije navedeno, znači množenje standardne nesigurnosti faktorom pokrivanja $k=2$.Laboratorij ne smije u potvrdama o umjeravanju koje izdaje u statusu akreditiranog laboratorija izražavati manju mjernu nesigurnost od objavljene CMC.

Expanded measurement uncertainty has been calculated according to the procedures given in EA 4/02 M, at a coverage probability of 95 %, which usually and if not stated otherwise, means by multiplying standard uncertainty by a coverage factor of k = 2. An accredited laboratory is not permitted to quote an uncertainty that is smaller than the published CMC in certificates issued under its accreditation.